

# 濃度計量証明書

環濃第水-2405283号  
2024年06月06日発行  
発行番号ー 2


株式会社 丸栄 殿

2024年05月27日 (\*\*) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

施設名  
安定型処分場

試料名  
浸透水

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社



計量証明事業所 北海道知事登録 第603号

〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

TEL 011-850-5230

環境計量士（濃度関係） 岩淵 祐子

登録番号 第6837号

## 記

| 計量項目            | 計量単位 | 計量結果 |
|-----------------|------|------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 3.7  |
| 電気伝導率           | mS/m | 24   |
|                 |      | 以下余白 |
|                 |      |      |
|                 |      |      |
|                 |      |      |
|                 |      |      |
|                 |      |      |
|                 |      |      |
|                 |      |      |
|                 |      |      |

| 計量方法                                             |
|--------------------------------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) :<br>JIS K0102 21, 32.3<br>隔膜電極法 |
| 電気伝導率 :<br>JIS K0101 12<br>電気伝導度計による(25℃)        |

## 備考

電気伝導率は計量法第107条の計量対象外項目です。

### 【貴社採水時の記録】

採水日時：2024年05月15日 15:00

天候：晴れ 気温：21℃ 水温：10℃